

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1277) informuję, że w jednostce organizacyjnej:

**Przychodnia Stomatologiczna spółka cywilna
Violetta Rudnicka- Tynior, Roman Tynior
41-943 Piekary Śląskie, ul. Papieża Jana Pawła II 49**

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na: uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące /typ aparatu rtg/ -

- **stomatologiczny aparat RTG typu X-Mind Unity firmy de Götzen, SN: XU10894C, rok produkcji: 2022, przeznaczony do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych.**

uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich /typ pracowni/ **pracownia rentgenowska.**

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania/

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach,

- **decyzja zezwalająca na uruchomienie pracowni rtg nr: 503/2022 z dnia 10.11.2022r.**
- **decyzja na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg 504/2022 z dnia 10.11.2022r.**

oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych/radiologii zabiegowej* /organ wydający, nr decyzji,data wydania – **nie dotyczy.**

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii **B** narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek **środowiskowych** w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii*.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy **nie stwierdzono** przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników.

Przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg, podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien,

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 PRZYSTOJNIA LEKARSKA
 S.C. V. R. - Tynior, R. Tynior
 PORADNIA STOMATOLOGICZNA
 41-043 Tynior, ul. Papieża Jana Pawła II 49
 tel. 011 40-15-05
 województwo 2400720
 REGON 140870215-001
 nr wpisu 140870215-001
 NIP 140870215-001